

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ARTICULO 6506

CERIO Y AMONIO NITRATO
REACTIVO ANALITICO $(\text{NH}_4)_2\text{Ce}(\text{NO}_3)_6$
[16774-21-3]

PM 548.23

ANALISIS GARANTIZADO

| Descripción | Mínimo | Máximo | Unidad |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Título (base seca) | 98.0 | - | % |
| Sulfato (SO_4) | - | 0.05 | % |
| Cloruro (Cl) | - | 0.05 | % |
| Hierro (Fe) | - | 0.005 | % |



O



Xi