

8765

SOLUCION ESTANDAR PARA CONDUCTIVIDAD 1413uS/cm TRAZABLE A NIST

REFER-Plus Conductividad

Análisis Garantizado

Descripción	Mínimo	Máximo	Unidad
Conductividad a 25°C	1398	1428	uS/cm
Incertidumbre	-	-	us/cm
Material de Partida	Potasio Cloruro	-	-
Trazabilidad	NIST RefN 999b	-	-

No pipetear del propio envase

El envase de la solución estándar de conductividad debe cerrarse inmediatamente luego de disponerse de la cantidad a utilizar.

Después de usarse tapar con firmeza y conservar bajo condiciones normales del laboratorio.